



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della Centrale regionale di committenza

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI PER LE  
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**SUB ALLEGATO 1A DESCRIZIONE DEI PRODOTTI**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

## INDICE

<b>1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 MEDICAZIONI IN COTONE E TNT: CARATTERISTICHE GENERALI .....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 CARATTERISTICHE DELLE BENDE .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 CARATTERISTICHE DEI CEROTTI E DELLE MEDICAZIONI ADESIVE .....</b>	<b>6</b>
<b>2. LOTTO 1 (Rif.ID 1) E LOTTO 2 (Rif.ID 2) OVATTA DI COTONE IDROFILO - tipo Oro .....</b>	<b>6</b>
<b>3. LOTTO 3 (Rif.ID 3-4-5) OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI NON GOMMATA.....</b>	<b>6</b>
<b>4. LOTTO 4 (Rif.ID 6-7) FELTRO PER IMBOTTITURE .....</b>	<b>7</b>
<b>5. LOTTO 5 (Rif.ID 8-9) GARZE IN COMPRESSE STERILI.....</b>	<b>7</b>
<b>6. LOTTO 6 E 7 (Rif.ID 10-11-12-13-14) GARZE IN COMPRESSE STESE NON STERILI IN COTONE.....</b>	<b>7</b>
<b>7. LOTTO 8 GARZE IN COMPRESSE STERILI PIEGATE IN COTONE (Rif.ID 15-16).....</b>	<b>7</b>
<b>8. LOTTO 9 GARZA IN ZAFFI STERILE (Rif.ID 17-18-19-20) .....</b>	<b>7</b>
<b>9. LOTTO 10 GARZE PIEGATAE STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 strati (Rif.ID 21-22-23).....</b>	<b>7</b>
<b>10. LOTTO 11 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati (Rif.ID 24) .....</b>	<b>8</b>
<b>11. LOTTO 12 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati (Rif.ID 25) .....</b>	<b>8</b>
<b>12. LOTTO 13 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati e 16 strati(Rif.ID 26-27) .....</b>	<b>8</b>
<b>13. LOTTI 14 – 15-16-17 GARZE PIEGATE STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 4 strati -8 strati 12 strati-16 strati (Rif.ID 28 -29- 30 -31- 32-33-34-35) .....</b>	<b>8</b>
<b>14. LOTTI 18-19 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA – 8 strati-16 strati - 24 strati (Rif.ID 36-37-38-39) .....</b>	<b>8</b>
<b>15. LOTTI 20-21 GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN COTONE CUCITE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati (Rif ID 40-41-42-43-44) .....</b>	<b>8</b>
<b>16. LOTTO 22 GARZE LAPAROTOMICHE STERILI E NON STERILI DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON E SENZA FETTUCCE - 4 strati e 8 strati (Rif ID 45-46-47-48-49).....</b>	<b>9</b>
<b>17. LOTTO 23 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON E SENZA FETTUCCE - 4 strati e 6 strati (Rif ID 50-51-52-53-54-55-56).....</b>	<b>9</b>
<b>18. LOTTO 24 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON E SENZA FETTUCCE - 4 STRATI (Rif. ID 57-58-59-60-61-62) .....</b>	<b>9</b>
<b>19. LOTTO 25 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI (Rif. ID 63-64-65-66).....</b>	<b>9</b>
<b>20. LOTTO 26 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 8 STRATI (Rif. ID 67) .....</b>	<b>9</b>
<b>21. LOTTO 27 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI (Rif. ID 68-69-70).....</b>	<b>10</b>
<b>22. LOTTO 28 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI e 8 STRATI (Rif. ID 71-72) .....</b>	<b>10</b>
<b>23. LOTTO 29 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI E STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 73-74-75-76).....</b>	<b>10</b>



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

24. LOTTO 30 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 77-78-79-80).....	10
25. LOTTO 31 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 81-82-83-84) .....	10
26. LOTTO 32 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 85) .....	11
27. LOTTO 33 TAMPONI SCOLLATORI STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 86-87-88).....	11
28. LOTTO 34 TAMPONI ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 89-90-91) .....	11
29. LOTTO 35 TAMPONI ROTONDI MORBIDI STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 92).....	11
30. LOTTO 36 COMPRESSA IN TNT STERILE - 4 strati (Rif. ID 93-94).....	11
31. LOTTO 37 COMPRESSA IN TNT NON STERILE - 4 strati (Rif. ID 95-96-97-98) .....	11
32. LOTTO 38 TAMPONE IN TNT NON STERILE DI TIPO PESANTE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 99) .....	12
33. LOTTO 39 GARZE PARAFFINATE STERILI (Rif. ID 100).....	12
34. LOTTO 40 COMPRESSA DI GARZA MEDICATA CON IODOFORMIO AL 10% (Rif. ID 101-102) .....	12
35. LOTTO 41 BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE (Rif. ID 103-104-105-106-107- 108-109-110-111-112-113-114) .....	12
36. LOTTO 42 BENDE ELASTICHE ALL'OSSIDO DI ZINCO (Rif. ID 115) .....	12
37. LOTTO 43 BENDE NON ELASTICHE ALL'OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA(Rif. ID 116) .....	12
38. LOTTO 44 BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO (Rif. ID 117-118-119-120- 121-122) .....	12
39. LOTTI 45 e 46 BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI (Rif. ID 123-124-125-126-127-128-129-130) .....	13
40. LOTTO 47 RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE (Rif. ID 131-132-133-134-135-136-137-138- 139-140) .....	13
41. LOTTO 48 MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO (Rif. ID 141-142-143-144-145-146-147-148-149-150- 151-152) .....	13
42. LOTTO 49 MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO (Rif. ID 153-154-155-156-157-158-159) .....	13
43. LOTTO 50 SALVAPELLE PER BENDAGGIO ADESIVO (Rif. ID 160) .....	13
44. LOTTO 51 BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 161-162) .....	14
45. LOTTO 52 BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 163-164-165).....	14
46. LOTTO 53 BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 166) .....	14
47. LOTTO 54 BENDE ADESIVE MONOELASTICHE (Rif. ID 167-168-169) .....	14
48. LOTTO 55 BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI (Rif. ID 170).....	15
49. LOTTO 56 BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI (Rif. ID 171-172) .....	15
50. LOTTO 57 BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT PER SUPPORTO (Rif. ID 173-174-175).....	15
51. LOTTO 58 BENDA PREMIFISTOLA AUTOADERENTE (Rif. ID 176) .....	15



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

52. LOTTO 59 E LOTTO 60 BENDE A GESSO FISSATO/NATURALE A PRESA RAPIDA (Rif. ID 177-178-179-180-181-182 ) .....	15
53. LOTTO 61 STECCHE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA (Rif. ID 183-184-185) .....	15
54. LOTTO 62 KIT PER TRAZIONE CUTANEA (Rif. ID 186-187) .....	16
55. LOTTO 63 STECCHE DI ZIMMER (Rif. ID 188-189-190) .....	16
56. LOTTO 64 BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA, TIPO RICHARDS (Rif. ID 191-192-193-194-195) .....	16
57. LOTTO 65 BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO, TIPO GIL CHRIST (Rif. ID 196-197-198-199) .....	16
58. LOTTO 66 REGGIBRACCIO A BUSTA (Rif. ID 200-201-202) .....	17
59. LOTTO 67 BENDAGGIO TUBOLARE IN SCHIUMA POLIURETANICA, TIPO STRIP STOP (Rif. ID 203)...	17
60. LOTTO 68 E LOTTO 69 CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 204-205-206) .....	17
61. LOTTO 70 CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 207-208-209) .....	17
62. LOTTO 71 CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 210-211-212) .....	17
63. LOTTO 72 CEROTTI IN POLIETILENE SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 213-214).....	17
64. LOTTO 73 CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI, TIPO HYPAFIX O EQUIVALENTI (Rif. ID 215-216-217-218) .....	18
65. LOTTO 74 CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONE DI PICCOLE FERITE (Rif. ID 219-220) .....	18
66. LOTTO 75 CEROTTINI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE (Rif. ID 221).....	18
67. LOTTO 76 CEROTTINI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE (Rif. ID 222-223) .....	18



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

## 1. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI

### 1.1 MEDICAZIONI IN COTONE E TNT: CARATTERISTICHE GENERALI

I prodotti in cotone (garze, bende, etc.) sbiancato e purificato per medicazione devono essere esenti da difetti di taglio e tessitura (regolare, uniforme, non obliqua, senza nodi e false pieghe), con fili nettamente separati gli uni dagli altri; non devono contenere coloranti, sbiancanti, amido, destrine, sostanze tensioattive e non devono ingiallire dopo la sterilizzazione. Il cotone deve presentare una colorazione uniforme.

In prossimità della piegatura della garza, ove richiesta, non devono essere presenti lacerazioni. I bordi devono essere ripiegati all'interno in modo uniforme, tale da rendere omogenea la garza in tutta la sua ampiezza e, in prossimità delle cuciture, non devono essere presenti sfilacciate.

Il filo radiopaco nonché la barretta, dove previsti, devono essere latex-free e saldamente incorporati/ancorati alle garze, non sfilarsi durante lo spiegamento della medicazione e non interrompersi lungo la propria tessitura.

In prossimità del punto di intersezione della fettuccia, laddove prevista, i punti di cucitura devono essere ben saldi.

Le caratteristiche tecniche delle garze in cotone, se non diversamente specificato nella descrizione dei singoli prodotti, devono rispondere ai seguenti parametri:

- Numeri fili cm<sup>2</sup>: 20;
- Titolo del tessuto: 12/8;
- Tipo del filato: 32/40;
- Peso m<sup>2</sup>: > 27 < 30 grammi.

Il TNT deve essere composto da poliestere (massimo 35%) e viscosa (non inferiore al 65%) o altro materiale biocompatibile. Gli articoli in TNT (comprese, tamponi, etc.) devono essere prodotti con fibre non tessute e senza l'utilizzo di leganti chimici. Devono essere morbidi e garantire l'antistaticità e l'assenza di peluria. Ciascun articolo deve essere anallergico, non tossico, autoestinguente, inodore; non deve contenere fibre di vetro, resine, collanti e lattice e non deve disperdere fibre.

Le caratteristiche tecniche delle garze in TNT devono rispondere, se indicato, ai seguenti parametri:

- Tipo leggero: peso non inferiore a 30 g/m<sup>2</sup>;
- Tipo pesante: peso non inferiore a 40 g/m<sup>2</sup>



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Tutti gli articoli definiti nel presente paragrafo devono essere in ogni caso latex free.

Tutti i parametri tecnici sopra menzionati dovranno evincersi dalla scheda tecnica di ciascun prodotto o, in alternativa, dovranno essere contenuti in apposita dichiarazione inserita all'interno della Busta Tecnica.

### **1.2 CARATTERISTICHE DELLE BENDE**

Le bende devono essere confezionate singolarmente e il confezionamento deve garantire il mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni delle bende durante le fasi di trasporto e di conservazione. Per le bende che contengono lattice il confezionamento primario deve essere schermato per garantire un'adeguata protezione dalla luce. I bordi delle bende devono esseri morbidi e non devono sfilacciare.

### **1.3 CARATTERISTICHE DEI CEROTTI E DELLE MEDICAZIONI ADESIVE**

I cerotti devono essere costituiti da una massa adesiva ipoallergenica uniforme cosparsa su apposito supporto e possono essere perforati. Il supporto può essere in tessuto, in TNT, oppure in pellicola trasparente. La massa adesiva deve rimanere tale anche in presenza di sudorazione. I cerotti e le medicazioni devono aderire stabilmente alla cute ed essere rimossi con facilità senza causare lesioni e senza irritare la pelle e non devono lasciare residui di adesivo difficilmente asportabili dopo la rimozione. I cerotti e le medicazioni adesive devono avere i bordi senza sbavature e devono assicurare l'aerazione della cute. I cerotti possono presentarsi come nastri arrotolati su idoneo dispositivo rigido/rocchetto o come fogli di varie dimensioni con la superficie adesiva ricoperta da un foglio di protezione facilmente rimovibile.

## **2. LOTTO 1 (Rif.ID 1) E LOTTO 2 (Rif.ID 2) OVATTA DI COTONE IDROFILO - tipo Oro**

Massa filamentosa bianca, inodore, insapore, soffice, derivata da fibre di cellulosa accuratamente cardata. Non deve contenere fiocchi o cascame di fiocco e impurità. Nella scheda tecnica deve essere specificatamente dichiarata la tipologia di cotone. L'etichettatura deve essere posta sul sacchetto esterno del confezionamento, come richiesto dalla normativa, al fine di garantire l'identificazione del prodotto.

L'ovatta deve essere confezionata in sacchetti di polietilene; il liner di confezionamento deve rendere agevole l'utilizzo dell'ovatta.

Formato (disposizione dell'ovatta all'interno della confezione): Falda in rotolo

## **3. LOTTO 3 (Rif.ID 3-4-5) OVATTA ORTOPEDICA SINTETICA DA IMBOTTITURA IN ROTOLI NON GOMMATA**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Ovatta costituita da solo materiale sintetico o da materiale sintetico misto a fibre di origine naturale. L'ovatta deve essere ipoallergica, morbida, soffice, facilmente sfrangiabile una volta conclusa l'applicazione e non deve allungarsi sulle sue fibre creando lacci che possano provocare compressioni localizzate né strapparsi alla normale tensione cui è sottoposta durante l'utilizzo. L'ovatta deve essere priva di sbiancanti ottici, idrorepellente, deve possedere ottime proprietà di imbottiture, avere un peso al metro quadro non inferiore a 100 grammi e deve essere sterilizzabile in autoclave fino ad una temperatura di 121° C. Il prodotto deve essere confezionato singolarmente in rotoli, con incarto ad anello resistente alla sterilizzazione. Latex free e radiotrasparente.

#### **4. LOTTO 4 (Rif.ID 6-7) FELTRO PER IMBOTTITURE**

Sono dispositivi non sterili, utilizzati fondamentalmente in campo ortopedico e traumatologico come materiali di imbottitura da interporre tra la cute e le ingessature. Il feltro è un tessuto non tessuto sintetico senza trama e ordito, con le fibre che si agganciano casualmente tra loro. Radiotrasparente in tnt con strisce adesive di fissaggio. Deve essere morbido, permeabile all'aria e al vapore acqueo, ipoallergenico.

#### **5. LOTTO 5 (Rif.ID 8-9) GARZE IN COMPRESSE STERILI**

Medicazione in garza idrofila sterile. Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto

#### **6. LOTTO 6 E 7 (Rif.ID 10-11-12-13-14) GARZE IN COMPRESSE STESE NON STERILI IN COTONE**

Medicazione in garza idrofila non sterile pretagliata in fogli stesi, confezionata in pacchi da 1 Kg.

#### **7. LOTTO 8 GARZE IN COMPRESSE STERILI PIEGATE IN COTONE (Rif.ID 15-16)**

Medicazione in garza idrofila, sterile e piegata. Le garze non devono rimanere adese alla busta al fine di evitare uno spreco di prodotto.

#### **8. LOTTO 9 GARZA IN ZAFFI STERILE (Rif.ID 17-18-19-20)**

Striscia di garza idrofila sterile ripiegata in 4 strati a soffiutto.

#### **9. LOTTO 10 GARZE PIEGATAE STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 12 strati (Rif.ID 21-22-23)**

Medicazione in garza idrofila sterile senza filo radiopaco o barretta, composta da garza ripiegata in 12 strati, con bordi rivolti internamente



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

**10. LOTTO 11 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO  
RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati (Rif.ID 24)**

Medicazione in garza idrofila non sterile, senza filo radiopaco o barretta, ripiegata in più strati e con bordi rivolti internamente, onde evitare sfilacciature.

**11. LOTTO 12 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO  
RADIOPACO/BARRETTA - 16 strati (Rif.ID 25)**

Medicazione in garza idrofila non sterile, senza filo radiopaco o barretta, ripiegata in più strati e con bordi rivolti internamente, onde evitare sfilacciature.

**12. LOTTO 13 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE SENZA FILO  
RADIOPACO/BARRETTA - 8 strati e 16 strati(Rif.ID 26-27)**

Medicazione in garza idrofila non sterile, senza filo radiopaco o barretta, ripiegata in più strati e con bordi rivolti internamente, onde evitare sfilacciature.

**13. LOTTI 14 – 15-16-17 GARZE PIEGATE STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE - 4  
strati -8 strati 12 strati-16 strati (Rif.ID 28 -29- 30 -31- 32-33-34-35)**

Medicazione in garza idrofila sterile ad uso chirurgico e non, con filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione, composta da garza ripiegata in più strati, con bordi rivolti internamente.

**14. LOTTI 18-19 COMPRESSE DI GARZA PIEGATA NON STERILE IN COTONE CON FILO  
RADIOPACO/BARRETTA – 8 strati-16 strati - 24 strati (Rif. ID 36-37-38-39)**

Medicazione in garza idrofila per uso chirurgico e non, non sterile, con filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione, ripiegata in più strati e con bordi rivolti internamente, onde evitare sfilacciature.

**15. LOTTI 20-21 GARZE LAPAROTOMICHE STERILI IN COTONE CUCITE CON FILO  
RADIOPACO/BARRETTA SENZA FETTUCCE - 4 strati (Rif. ID 40-41-42-43-44)**

Medicazione in garza idrofila sterile ad uso chirurgico e non, con filo radiopaco/barretta senza fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione deve essere composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro e dotata di cucitura interna. La garza deve presentare cucitura perimetrale.





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

**16. LOTTO 22 GARZE LAPAROTOMICHE STERILI E NON STERILI DI COLORE VERDE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON E SENZA FETTUCCE - 4 strati e 8 strati (Rif ID 45-46-47-48-49)**

Medicazione in garza idrofila sterile e non sterile di colore verde ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con e senza fettucce. Il filo radiopaco, laddove presente, deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione deve essere composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro e dotata di cucitura interna. La garza deve presentare cucitura perimetrale.

**17. LOTTO 23 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA IN COTONE CUCITA CON E SENZA FETTUCCE - 4 strati e 6 strati (Rif ID 50-51-52-53-54-55-56)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico e non, con e senza filo o barretta radiopaca, con e senza fettucce. Il filo radiopaco, laddove presente, deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione deve essere composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro.

**18. LOTTO 24 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON E SENZA FETTUCCE - 4 STRATI (Rif. ID 57-58-59-60-61-62)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con e senza fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione deve essere composta da 4 strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro.

**19. LOTTO 25 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI (Rif. ID 63-64-65-66)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione bianca e verde laddove indicato, deve essere composta da 4 strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro, e dotata di cucitura interna. La garza deve presentare cucitura perimetrale e, laddove indicato, deve avere una cucitura centrale, a croce o diagonale.

**20. LOTTO 26 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 8 STRATI (Rif. ID 67)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione deve essere composta da 8 strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

**21. LOTTO 27 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI (Rif. ID 68-69-70)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione bianca e verde laddove indicato, deve essere composta da 4 strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro, e dotata di cucitura interna. La garza deve presentare cucitura perimetrale e, laddove indicato, deve avere una cucitura centrale, a croce o diagonale.

**22. LOTTO 28 GARZE LAPAROTOMICHE NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA CON FETTUCCE CUCITE - 4 STRATI e 8 STRATI (Rif. ID 71-72)**

Medicazione in garza idrofila non sterile ad uso chirurgico, con filo o barretta radiopaca, con fettucce. Il filo radiopaco deve essere saldamente incorporato nella medicazione. La medicazione verde laddove indicato, deve essere composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente cuciti lungo il perimetro, e dotata di cucitura interna. La garza deve presentare cucitura perimetrale e, laddove indicato, deve avere una cucitura centrale, a croce o diagonale.

**23. LOTTO 29 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI E STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 73-74-75-76)**

Medicazione in garza idrofila sterile e non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, con filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente. I tamponi non sterili devono essere sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134°.

**24. LOTTO 30 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON E SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 77-78-79-80)**

Medicazione in garza idrofila non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, con e senza filo radiopaco o barretta. Il filo radiopaco, laddove presente, deve essere saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente. I tamponi non sterili devono essere sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134°.

**25. LOTTO 31 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 81-82-83-84)**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Medicazione in garza idrofila non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, con filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente. I tamponi non sterili devono essere sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134°.

**26. LOTTO 32 TAMPONI ROTONDI MORBIDI NON STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 85)**

Medicazione in garza idrofila non sterile, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, senza filo radiopaco. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente. I tamponi non sterili devono essere sterilizzabili in autoclave fino ad una temperatura di 134°.

**27. LOTTO 33 TAMPONI SCOLLATORI STERILI CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 86-87-88)**

Medicazione sterile in garza idrofila per uso chirurgico, titolo 12/12, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico o con altro idoneo sistema, dotata di filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone scollatore, a forma cilindrica o ad oliva, deve avere consistenza adeguata all'utilizzo.

**28. LOTTO 34 TAMPONI ROTONDO MORBIDO STERILE CON FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 89-90-91)**

Medicazione sterile in garza idrofila per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, con filo radiopaco o barretta saldamente incorporato nella medicazione. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente.

**29. LOTTO 35 TAMPONI ROTONDI MORBIDI STERILI SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 92)**

Medicazione sterile in garza idrofila per uso chirurgico, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico (latex free) o con altro idoneo sistema, senza filo radiopaco. Il tampone deve essere morbido ma al contempo consistente.

**30. LOTTO 36 COMPRESSA IN TNT STERILE - 4 strati (Rif. ID 93-94)**

Compressa in TNT sterile per medicazione 4 strati senza filo di bario. Le concorrenti possono offrire compresse in TNT pesante o in TNT leggero.

**31. LOTTO 37 COMPRESSA IN TNT NON STERILE - 4 strati (Rif. ID 95-96-97-98)**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Compresa in TNT non sterile per medicazione 4 strati senza filo radiopaco o barretta, per detersione e medicazione. Le concorrenti possono offrire compresse in TNT pesante o in TNT leggero.

**32. LOTTO 38 TAMPONE IN TNT NON STERILE DI TIPO PESANTE SENZA FILO RADIOPACO/BARRETTA (Rif. ID 99)**

Medicazione in TNT non sterile, di tipo pesante, senza bordi esposti, senza filo radiopaco o barretta, per detersione e medicazione, sterilizzabile in autoclave fino ad una temperatura di 134°.

**33. LOTTO 39 GARZE PARAFFINATE STERILI (Rif. ID 100)**

Garze sterili di cotone a trama larga imbevute di paraffina che non aderiscono ai tessuti sui quali vengono applicate. Tessuto rado di cotone, sbiancato e purificato adatto alle medicazioni. Rispondente alla FU vigente. Sono utilizzate per la medicazione di ferite superficiali.

**34. LOTTO 40 COMPRESSA DI GARZA MEDICATA CON IODOFORMIO AL 10% (Rif. ID 101-102)**

Garze non sterili di tessuto rado di cotone, sbiancato e purificato adatto alle medicazioni, piegata a 4 strati e con iodoformio 10%. Sono utilizzate per zaffare lesioni profonde e fistolizzate infette avendo un'azione su di esse assorbente e antisettica.

**35. LOTTO 41 BENDA DI GARZA ORLATA IN COTONE NON STERILE (Rif. ID 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114)**

Benda in garza idrofila non sterile.

**36. LOTTO 42 BENDE ELASTICHE ALL'OSSIDO DI ZINCO (Rif. ID 115)**

Benda elastica monoestensibile in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche o totalmente sintetico che può contenere elastomero intessuto nell'ordito. Elasticità media compresa tra 70/140%; medicata con ossido di zinco al 10%.

**37. LOTTO 43 BENDE NON ELASTICHE ALL'OSSIDO DI ZINCO E CUMARINA (Rif. ID 116)**

Benda non elastica medicata all'ossido di zinco e cumarina.

**38. LOTTO 44 BENDE ELASTICHE UNIVERSALI DI FISSAGGIO E SUPPORTO (Rif. ID 117-118-119-120-121-122)**

Benda monoestensibile, ad elasticità media compresa tra 70-140%, non adesiva, indicata per bendaggi di fissaggio e supporto. La benda deve essere in filato morbido ed essere adatta anche per pelli delicate. La



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

benda deve essere orlata e avere bordi accuratamente rifiniti, che non devono sfilacciarsi e/o arrotolarsi anche quando la benda è in tensione. Deve essere lavabile senza che le sue caratteristiche vengano alterate e sterilizzabile in autoclave. Latex free

**39. LOTTI 45 e 46 BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI PER IL FISSAGGIO DI MEDICAZIONI (Rif. ID 123-124-125-126-127-128-129-130)**

Benda elastica monoestensibile per il fissaggio di medicazioni in tessuto misto (cotone/viscosa/poliammide) impregnata di un composto privo di lattice, in grado di aderire su se stessa ma non sulla pelle e sui tessuti. La benda deve essere sterilizzabile in autoclave.

**40. LOTTO 47 RETE ELASTICIZZATA TUBOLARE IN FIBRA SINTETICA E/O COTONE IN ROTOLO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 25 METRI IN TRAZIONE (Rif. ID 131-132-133-134-135-136-137-138-139-140)**

Rete tubolare elastica, non sterile, riutilizzabile sullo stesso paziente, utilizzata per il fissaggio di altri dispositivi (medicazioni e stecche ortopediche). Tessuto Latex free, misto di cotone e fibre sintetiche o totalmente sintetico, che può contenere elastomero intessuto nell'ordito. Ben permeabile all'aria, con ottima estensibilità in tutte le direzioni e anima in gomma.

**41. LOTTO 48 MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO (Rif. ID 141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152)**

Maglia tubolare in puro cotone, a maglia liscia, priva di cuciture, ipoallergenica, estensibile in larghezza e sterilizzabile in autoclave. Il prodotto deve essere confezionato in modo da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser). Latex free.

**42. LOTTO 49 MAGLIA TUBOLARE ELASTICA DI SOSTEGNO (Rif. ID 153-154-155-156-157-158-159)**

Maglia tubolare elastica di sostegno in cotone (contenuto minimo pari all'80%) ed elastomero, con lavorazione a maglia, di adeguata elasticità, priva di cuciture e ipoallergenica, tipo TG Grip. La maglia è particolarmente indicata nei casi ove venga richiesta un'efficace azione di sostegno e compressione. L'elastomero deve apportare una compressione costante alla zona di applicazione. La maglia non deve presentare sfilacciamenti al taglio e deve consentire l'applicazione facile, pratica e veloce e non necessitare di alcun sistema di fissaggio. Deve essere lavabile. Il prodotto deve essere confezionato in modo da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser).

**43. LOTTO 50 SALVAPELLE PER BENDAGGIO ADESIVO (Rif. ID 160)**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Benda in schiuma di poliuretano di tipo sottile, da utilizzare come salvapelle nei bendaggi adesivi. La benda deve essere bielastica, conformabile, autoaderente e porosa. Latex free.

**44. LOTTO 51 BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 161-162)**

Benda bielastica non adesiva per bendaggi di supporto, di sostegno e compressivi, particolarmente indicata per la profilassi antitrombotica, prima e dopo interventi chirurgici e per fasciature in caso di traumi. Sono caratterizzate da un'estensibilità media (tra 70% e 140%). Per estensibilità % si intende il valore percentuale del rapporto tra l'estensione in lunghezza sotto applicazione di una forza tirante di 1KG/CM di larghezza e la lunghezza della benda a riposo. Tessuto misto di cotone e fibre sintetiche. N° 2 Graffette per fissaggio in dotazione. La benda deve essere lavabile senza che le sue caratteristiche vengano alterate, deve essere permeabile all'aria e resistente all'invecchiamento. Latex free.

**45. LOTTO 52 BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 163-164-165)**

Bende elastiche monoestensibili per supporto, sostegno e compressione forte, a lunga estensibilità (non inferiore al 140%) in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche. Per estensibilità % si intende il valore percentuale del rapporto tra l'estensione in lunghezza sotto applicazione di una forza tirante di 1KG/CM di larghezza e la lunghezza della benda a riposo. N° 2 Graffette per fissaggio in dotazione. La benda deve avere bordi tessuti antisfilacciamento, deve essere lavabile senza che le caratteristiche vengano alterate e deve inoltre essere permeabile all'aria e resistente all'invecchiamento. Latex free.

**46. LOTTO 53 BENDE ELASTICHE NON ADESIVE PER COMPRESSIONE FORTE, A LUNGA ESTENSIBILITA' (Rif. ID 166)**

Bende elastiche monoestensibili per supporto, sostegno e compressione forte, a lunga estensibilità (non inferiore al 140%) in tessuto misto di cotone e fibre sintetiche. Per estensibilità % si intende il valore percentuale del rapporto tra l'estensione in lunghezza sotto applicazione di una forza tirante di 1KG/CM di larghezza e la lunghezza della benda a riposo. N° 2 Graffette per fissaggio in dotazione. La benda deve avere bordi tessuti antisfilacciamento, deve essere lavabile senza che le caratteristiche vengano alterate e deve inoltre essere permeabile all'aria e resistente all'invecchiamento. Latex free.

**47. LOTTO 54 BENDE ADESIVE MONOELASTICHE (Rif. ID 167-168-169)**

Benda elastica in senso longitudinale adesiva per bendaggi di fissaggio, di sostegno e scarico e compressivi, a estensibilità media. La benda deve avere una massa adesiva naturale o sintetica ad elevato potere adesivo,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

in grado di garantire la tenuta nel tempo senza causare lesioni al momento della rimozione dalla pelle. La benda deve srotolarsi facilmente, essere avvolta con la parte adesiva verso l'esterno del rotolo. La benda deve inoltre essere permeabile all'aria e al vapore, avere bordi soffici e antisfilacciamento. Il supporto su cui è avvolta la benda deve avere bordi arrotondati e non taglienti per agevolare le manovre dell'operatore.

**48. LOTTO 55 BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI (Rif. ID 170)**

Bende elastiche di sostegno non adesive ad alta estensibilità superiore a 140%, monoestensibili

**49. LOTTO 56 BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI (Rif. ID 171-172)**

Bende elastiche di sostegno non adesive ad alta estensibilità biestensibili.

**50. LOTTO 57 BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT PER SUPPORTO (Rif. ID 173-174-175)**

Bende elastiche in TNT crespato per fissaggio e supporto leggero, tipo Coplus LF o Coban LF, con fibre elastomere, impregnate con un composto privo di lattice in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle e sui tessuti. L'elasticità longitudinale della benda deve permettere di mantenere correttamente la posizione anche se applicata su parti in movimento. Latex free.

**51. LOTTO 58 BENDA PREMIFISTOLA AUTOADERENTE (Rif. ID 176)**

Dispositivo sterile utilizzato in pazienti sottoposti a emodialisi per proteggere e esercitare un'azione compressiva sulla fistola artero venosa utilizzata come accesso durante la procedura di purificazione del sangue. Benda latex free, elastica dotata di tampone per emostasi compressiva a media estensibilità con film di separazione tra il tampone e la benda impermeabile. Non autoclavabile.

**52. LOTTO 59 E LOTTO 60 BENDE A GESSO FISSATO/NATURALE A PRESA RAPIDA (Rif. ID 177-178-179-180-181-182 )**

Benda a gesso fissato a presa rapida costituita da un supporto in garza di cotone e da una massa gessata a base di semidrati alfa e beta di solfato di calcio, per il confezionamento di apparecchi gessati. Il tempo di presa iniziale deve essere di circa 2/3 minuti e il tempo di imbibizione massimo di 5 secondi a 20/25 °C. La benda gessata deve essere consistente, cremosa ed omogenea al tatto e non deve sfarinarsi durante lo srotolamento. Il confezionamento primario, singolo, deve essere a tenuta di umidità. Latex free.

**53. LOTTO 61 STECCHE A GESSO FISSATO A PRESA RAPIDA (Rif. ID 183-184-185)**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Stecca gessata costituita da 4 strati piegati a zig-zag di garza di cotone e massa gessata a base di semidrati alfa e beta di solfato di calcio, per il confezionamento di apparecchi gessati. Il tempo di presa iniziale deve essere di circa 2/3 minuti e il tempo di imbibizione massimo di 5 secondi a 20/25 °C. La stecca gessata deve essere consistente, cremosa ed omogenea al tatto e non deve sfarinarsi durante l'utilizzo. Il confezionamento deve essere tale da permettere idonea conservazione del prodotto anche dopo l'apertura, permettendone l'utilizzo successivo e riducendo al minimo gli sprechi. Il confezionamento primario, singolo, deve essere a tenuta di umidità. Latex free.

#### **54. LOTTO 62 KIT PER TRAZIONE CUTANEA (Rif. ID 186-187)**

Kit per trazione cutanea composto da una staffa in TNT o in cotone o in altro idoneo materiale, spalmata con adesivo ipoallergenico sensibile alla pressione per consentire la massima adesione alla cute del paziente. L'imbottitura deve essere in materiale espanso per proteggere l'articolazione; la piastra di distensione deve essere adatta a trasmettere la trazione. Il kit deve essere completo di corda di trazione in materiale resistente e antiabrasione, di lunghezza idonea all'uso sul letto del paziente, e da una benda elastica di fissaggio. Latex free.

#### **55. LOTTO 63 STECCHE DI ZIMMER (Rif. ID 188-189-190)**

Stecca modellabile in alluminio 99,5, ricoperta su un lato da schiuma poliuretanica ipoallergenica, indicata per immobilizzare e protezione delle dita in caso di frattura. La stecca deve tagliarsi facilmente utilizzando le apposite cesoie per metalli e deve essere modellabile senza allo stesso tempo compromettere la rigidità. La stecca deve avere i bordi arrotondati e smussati per evitare abrasioni, tagli o altro al paziente. Lo spessore della stecca deve essere ricompreso tra 1 e 1,5 mm. Latex free.

#### **56. LOTTO 64 BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA CLAVICOLA, TIPO RICHARDS (Rif. ID 191-192-193-194-195)**

Bendaggio pronto all'uso in materiale sintetico, rivestito in cotone o altro materiale anallergico per immobilizzazione della clavicola, tipo Richards. Il bendaggio deve essere dotato di chiusura sicura, preferibilmente in velcro, tale da non recare danni al paziente e all'operatore nel caso in cui dovesse slacciarsi. I sistemi di bloccaggio/chiusura devono essere privi di nichel e le rifiniture devono essere tali da non causare abrasioni nel cavo ascellare del portatore, né dannosi effetti compressivi o pericoli di sindrome compartimentale.

#### **57. LOTTO 65 BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO, TIPO GIL CHRIST (Rif. ID 196-197-198-199)**





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Bendaggio pronto all'uso in morbido tessuto imbottito, con chiusura regolabile in velcro, per immobilizzazione della spalla e del braccio, tipo Gil Christ.

**58. LOTTO 66 REGGIBRACCIO A BUSTA (Rif. ID 200-201-202)**

Reggibraccio a busta, munito di cinghia imbottita e regolabile, anello per il pollice e chiusura a strappo, per il sostegno dell'arto superiore.

**59. LOTTO 67 BENDAGGIO TUBOLARE IN SCHIUMA POLIURETANICA, TIPO STRIP STOP (Rif. ID 203)**

Bendaggio tubolare collo-polso in schiuma poliuretanica rivestita di maglia tubolare in cotone o in altro materiale ipoallergenico, completo di fascette di fissaggio o altro sistema idoneo, tipo Strip Stop.

**60. LOTTO 68 E LOTTO 69 CEROTTI IN TELA SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 204-205-206)**

Cerotto chirurgico a forte tenuta per il fissaggio di medicazioni e di bendaggi di trazione. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in tessuto di cotone o viscosa, aerato, ad elevata adesività e resistenza tensile alla trazione; deve essere permeabile all'aria e al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Non devono presentarsi sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. Latex free.

**61. LOTTO 70 CEROTTI IN SETA ARTIFICIALE SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 207-208-209)**

Cerotto chirurgico per il fissaggio di medicazioni, di cannule, sonde, tubi e cateteri. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in seta artificiale non estensibile, aerato, ad elevata adesività e resistenza tensile alla trazione. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento e deve essere lacerabile in senso longitudinale e trasversale. Non devono presentarsi sfilacciamenti sulla linea di rottura del cerotto. Latex free.

**62. LOTTO 71 CEROTTI IN TNT SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 210-211-212)**

Cerotto chirurgico per il fissaggio di medicazioni, particolarmente indicato per pelli sensibili o facilmente irritabili. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in tessuto non tessuto (TNT). Il cerotto deve essere permeabile all'aria ed al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento. Latex free.

**63. LOTTO 72 CEROTTI IN POLIETILENE SU ROCCHETTO (A NASTRO) (Rif. ID 213-214)**



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio della centrale regionale di committenza

Cerotto per il fissaggio di medicazioni, di cannule, sonde, tubi e cateteri. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in polietilene trasparente, microforato, traspirante ed elastico. Il cerotto deve essere permeabile all'aria ed al vapore acqueo e idrorepellente. Il dispositivo su cui è arrotolato il cerotto deve essere resistente, non deformabile e funzionale per non renderne difficoltoso lo srotolamento. Il cerotto non deve presentare difficoltà allo strappo anche senza forbici o altro strumento e deve essere lacerabile in senso longitudinale e trasversale. Latex free.

**64.LOTTO 73 CEROTTI IN TNT ESTENSIBILE PER FISSAGGIO DI MEDICAZIONI, TIPO HYPAFIX O EQUIVALENTI (Rif. ID 215-216-217-218)**

Cerotto adesivo in TNT estensibile per il fissaggio di medicazioni estese, soprattutto in corrispondenza delle articolazioni e delle parti in movimento, tipo Hypafix o equivalenti. Il cerotto deve essere flessibile, conformabile, adattarsi bene ai contorni del corpo ed essere permeabile al vapore acqueo e all'aria. Il foglio di protezione deve essere aderente in modo uniforme su tutta la lunghezza del rotolo ed essere dotato di linea di frattura per facilitare le manovre di applicazione. Il cerotto deve essere confezionato singolarmente in modo tale da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser). Latex free.

**65.LOTTO 74 CEROTTI IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE PER MEDICAZIONE DI PICCOLE FERITE (Rif. ID 219-220)**

Cerotto adesivo in TNT conformabile, con compressa centrale assorbente non aderente in fibra di cellulosa o altro materiale sintetico, per la medicazione di piccole ferite. Il cerotto deve essere permeabile al vapore acqueo e all'aria. Il foglio di protezione deve essere aderente in modo uniforme su tutta la lunghezza del rotolo ed essere dotato di linea di frattura per facilitare le manovre di applicazione. Il cerotto deve essere confezionato singolarmente in modo tale da poter estrarre di volta in volta la quantità necessaria (dispenser). Latex free.

**66. LOTTO 75 CEROTTINI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE (Rif. ID 221)**

Cerottino sterile pretagliato con compressa assorbente in fibra di cellulosa non aderente. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in TNT estensibile, deve essere permeabile al vapore acqueo e all'aria, adesivo sui quattro lati e avere angoli arrotondati. Latex free.

**67.LOTTO 76 CEROTTINI PRETAGLIATI IN TNT CON COMPRESSA ASSORBENTE (Rif. ID 222-223)**

Cerottino sterile pretagliato con compressa assorbente in fibra di cellulosa non aderente. Il cerotto deve essere costituito da un supporto in materiale plastico, deve essere permeabile al vapore acqueo e all'aria, adesivo sui quattro lati e avere angoli arrotondati. Latex free.